

Zaproszenie do składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenia zamówienia publicznego w wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na: dostawę fartuchów oraz asortymentu zabezpieczającego RTG, zabezpieczającego przed promieniowaniem jonizującym dla Pracowni Hemodynamiki i Radiologii.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fartuchów oraz innego asortymentu zabezpieczającego przed promieniowaniem jonizującym (RTG) dla Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - a. Fartuchy oraz osłony RTG: wykonane z bezołowiowej mieszaniny antymonu i bizmutu, lżejsze od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniające deklarowaną ochronę przy napięciu 60-110kV waga maksymalna 5,3 kg/m² dla współczynnika ochrony 0,5 mm Pb, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014.
 - b. Materiał zewnętrzny: wykonany z tkaniny nylonowej pokrytej warstwą PU (poliuretanu), odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.
 - c. Gwarancja: minimum 36 miesięcy.
 - d. Kolory do wyboru.
 - e. Do oferty należy dołączyć certyfikat CE i Deklaracje Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dotyczący regulacji (EU) 2016/425.

Ilości, fasony oraz rozmiary asortymentu:

- a. Fartuch dwuczęściowy typu: Garsonka Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; tył 0,25mmPB; Fason kamizelki: Zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli przednich, zapinanych na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym” ; Fason spódnicy: Zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, spódnica zapinana na rzep i klamrę z możliwością dopasowania długości do obwodu pasa, spódnica zapinana na rzep z wszytym pasem odciążającym. Rozmiar S – 3 szt. / Rozmiar M – 6 szt. / Rozmiar L – 4 szt. / Rozmiar XL – 5 szt.
- b. Fartuch jednostronny: Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; Fartuch jednostronny, zapewniający pełną ochronę użytkownika z przodu, jednoczęściowy, dopasowanie fartucha za pomocą elastycznych pasów, krzyżujących się na plecach, zapewniające optymalne przyleganie do ciała oraz odciążenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego, zapinane z przodu na rzepy. Rozmiar S – 2 szt. / Rozmiar M – 5 szt. / Rozmiar L – 5 szt. / Rozmiar XL – 7 szt.
- c. Fartuch dwustronny: Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; tył 0,25mmPb; Fartuch dwustronny, zapewniający pełną ochronę użytkownika, jednoczęściowy, dopasowanie fartucha za pomocą nakładanych na siebie paneli przednich, zapinanych na rzep z przodu, posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, wszyty pas odciążający.

Rozmiar L – 2 szt. / Rozmiar XL – 3 szt.

- d. Osłona tarczycy: Poziom ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; kołnierz wykonany w formie stójki o szerokości 5 cm ze śliniakiem o długości 8 cm, z zapięciem typu rzep, wszyty pasek zakończony klipsem (zatrzaskiem) do przypinania do fartucha.
Ilość – 25 szt.
- e. Dodatkowy pas podtrzymujący: Samodzielny pas podtrzymujący do osłon RTG – 5 szt.
- f. Okulary ochronne RTG, chroniące przed promieniowaniem jonizującym, Poziom ochronności 0,75 mm Pb (+/- 0.05mmPb) przód, 0,75mmPb boki; Rozmiar uniwersalny – Ilość – 10 par.

Zakup dodatkowy:

- a. Kamizelka, wykonana z materiału ołowiowego, ochronności (całkowita): przód 0,5 mm PB; tył 0,25mmPB, zapinana na suwak. Rozmiar L – 1 szt.
- b. Pół fartuch, wykonany z materiału ołowiowego, ochronności (całkowita): 0,5 mm PB; Rozmiar minimum 50 cm x 50 cm; zapinany na rzep – 3 szt.

Kryterium oceny ofert:

- a. Kryterium wyboru ofert stanowi, suma cen brutto z poszczególny asortyment wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia.
- b. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
- c. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na Formularzy Ofertowym, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
- d. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Termin oraz miejsce składania ofert.

- a. Oferty oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy należy złożyć w kancelarii Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie ul. Alpejska 42 w terminie do dnia 15.06.2022r Do godziny:11;00
- b. Komisyjne otwarcie ofert dnia: 15.06.2022 r Godzina: 12;00
- c. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Edward Ubermanowicz, kontakt: 725-993-806

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zaproszenie do składania ofert.

Załącznik Nr 2 – Formularza Asortymentowo-Cenowy

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Inspektor BHP

mgr Edward Ubermanowicz

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych

Inż. Andrzej Grygiel