



**Narodowy Instytut Kardiologii Stefana  
kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Alpejska 42,  
04-628 Warszawa**

Warszawa, dnia 14.10.2022r.

dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.37/2022

### **1 ZMIANA 1 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: „**Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii**”, zamieszczonym w dniu 12 października 2022 r. na stronie internetowej [www.ikard.pl](http://www.ikard.pl), wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. Zamawiający informuje, iż treść pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawców

#### **Pytanie 1**

dot. zaproszenie: W związku z wyznaczonym bardzo krótkim terminem na składanie ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie składania ofert drogą mailową.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez e-mail.

#### **Pytanie 2**

dot. umowa §6 ust.2 pkt 4): Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiającemu przysługuje swoboda w kształtowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jakości, w tym warunków dotyczących użytkowania oraz możliwych napraw. Wykonawca przystępując do postępowania deklaruje przygotowanie i dostarczenie wyposażenia w czasie do 30 listopada br. Zamawiający przyjmuje, że w przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, Wykonawca będzie w stanie dostarczyć podobne wyposażenie w porównywalnym czasie.

#### **Pytanie 3**

dot. poz. 2 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza parawan mobilny trzyskrzydłowy o poniższej specyfikacji:  
WYKONANIE:

- stelaż z giętego kształtownika stalowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
- wypełnienie stanowi zasłona z materiału - poliester z wodoodporną powłoką (w wybranym przez Zamawiającego kolorze: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy lub zielony)
- wymiary: 3x700x1700 mm [szerokośćxwysokość]
- szerokość podstawy - 450 mm?

Zdjęcie poglądowe poniżej:



#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parawanu o opisanych parametrach.

#### **Pytanie 4**

Dot. poz. 3 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza stojak na kroplówki o poniższej specyfikacji:

WYKONANIE:

- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm
- kolumna zewnętrzna z rury ze stali malowanej proszkowo na kolor biały o średnicy 25 mm
- kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm
- głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w 2 haki i 2 uchwyty na butelkę
- regulacja wysokości w zakresie: 1320-2150 mm?

Zdjęcie poglądowe poniżej:



#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka na kroplówki o opisanych parametrach.

#### **Pytanie 5**

Dot. poz. 4 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza stelaż do worków foliowych o poniższej specyfikacji:

WYKONANIE:

- w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- stelaż przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych
- obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunieniem się worka
- pokrywa ze spowalniczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkownika, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem

- pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania
- koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
- wymiary całkowite: 445x495x850 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- pojemność worka 100-120l?

Zdjęcie poglądowe poniżej:



### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stelaż do worków foliowych o opisanych parametrach pod warunkiem spełnienia przez oferowany produkt pozostałych parametrów zawartych w opisie tj.:

- wyposażony w pokrywę satynową (matową)
- pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
- odporny na środki dezynfekcyjne
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- deklaracja zgodności/ certyfikat CE.

### Pytanie 6

dot. poz. 5 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza wózek opatrunkowy o poniższej specyfikacji:

WYKONANIE:

- szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm), wyposażona w 1 uchwyt do prowadzenia
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflady z samodociąganiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą
- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflad:  
(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm  
(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm  
(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm  
[szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wyposażenie: 5oznaczenia szuflad, 1xkosz na odpady, 1xpojemnik na rękawiczki, 1x koszyk na akcesoria, 1x zamek centralny?

Zdjęcie poglądowe poniżej:



### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka o opisanych parametrach. Wskazany produkt oferuje zbyt małą powierzchnię roboczą na blacie oraz zbyt małą powierzchnię szuflad.

### Pytanie 1

dot. poz. 6 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza wózek transportowy o poniższej specyfikacji:

WYKONANIE:

- wyposażenie: 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm, szuflada:655x385x155mm), 2xblat 655x415x20mm, 2xuchwyt do prowadzenia z prętą o średnicy 8 mm
  - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającą dowolną regulację wysokości pótek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
  - blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem
  - szuflada stalowa lakierowana proszkowo na biało
  - wymiary całkowite: 770x480x880 mm
  - wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
  - wymiary blatów dolnych: 655x415x20 mm
  - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
  - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]?

Zdjęcie poglądowe poniżej:



### Odpowiedź nr 1

Odpowiedź dotyczy pozycji 7, części 1 – prawdop. omyłka Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka o opisanych parametrach. Wskazany produkt jest zbyt niski oraz Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w dwie bliźniacze szuflady.



---

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stają się integralną częścią treści zapytania ofertowego IK.AG.A.65.37/2022. Zamawiający zmienia Załącznik 1- IK.AG.A.065.37.2022 Zał. nr 1 cz1 Formularz cenowy na IK.AG.A.065.37.2022 Zał. nr 1 cz1 Formularz cenowy po zmianach 1 - Pozostałe zapisy i dokumenty pozostają bez zmian.**

Zamawiający zmienia termin składania ofert na następujący: **18.10.2022 r. godz.13:00**. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta – zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.37/2022, nie otwierać przed 18.10.2022r. do godz. 13:00”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, **dnia 18.10.2022 o godzinie 13:15**.

.....  
(Z-ca Dyrektora ds. Techniczno –Administracyjnych)