



## **NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII**

Stefana kardynała Wyszyńskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

### **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Narodowy Instytut Kardjologii zaprasza do składania ofert na usługę:

**Utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC 9900 .**

#### **1. Termin realizacji zadania**

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

#### **3. Szczegółowy zakres zamówienia.**

Zakres zamówienia obejmuje :

-utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC 9900 w skład którego wchodzi: ramię C, sterowanie/geometria, system akwizycji i obróbki obrazu RTG ( lampa RTG, wzmacniacz), stół pacjenta, konsola operatora, komputery/monitory obrazowe i referencyjne

- Wykonanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej i monitorów diagnostycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta przez podmiot posiadający Akredytację wydaną przez PCA, gdzie osoby wykonujące testy specjalistyczne posiadają odpowiednią wiedzę, uprawnienia i pozwolenia na przeprowadzanie testów specjalistycznych.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania czynności

- Przeglądy okresowe Sprzętu będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń Wytwórcy sprzętu zawartych w instrukcjach użytkownika o ile Strony nie określiły, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, innego zakresu i częstotliwości takich przeglądów

- Okresowy przegląd na koniec umowy zakończony wystawieniem świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia aparatu do eksploatacji

- Gwarancja na usługi serwisowe i wymienione części zamienne w okresie trwania umowy min. 6 miesięcy od daty wykonania usługi lub wymiany części

- Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych, po każdej naprawie urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, wykonanie odpowiednio testów

specjalistycznych i testów podstawowych, przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.

- Czas przystąpienia do naprawy max. 24 h

- Czas podjęcia diagnostyki i naprawy zdalnej przez łącze internetowe w czasie nie dłuższym niż 3 godziny

-W przypadku wymaganej naprawy z częściami Wykonawca winien dostarczyć części zamienne oryginalne fabrycznie nowe, w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta aparatu. Nie dopuszcza się części z rynku wtórnego

- Inżynierowie świadczący serwis urządzeń muszą posiadać aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub podmiot posiadający aktualną autoryzację po odbyciu szkolenia produktowego z danego typu aparatu.

- Wykonawca musi posiadać autoryzację wytwórcy

- Wykonawca musi posiadać pełną dokumentację serwisową oraz schematy naprawcze aparatów

- Wykonawca musi posiadać upoważnienie wytwórcy urządzeń Zamawiającego do wykonywania czynności serwisowych na terenie RP. Upoważnienie obejmuje czynności diagnostyczne, naprawcze oraz aktualizację oprogramowania towarzyszącego

#### **4. Osoba do kontaktu**

W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: mgr inż. Maciejem Wróblewskim - kierownikiem Działu Techniki Medycznej tel. 22 3434118 kom. 725-993-815.

#### **5. Oferta ma zawierać całkowity koszt usługi za okres 12 miesięcy w cenach netto i brutto oraz koszt miesięczny usługi.**

#### **Termin i miejsce złożenia oferty:**

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w zaklejonych i oznakowanych kopertach : "Oferta na utrzymanie pełnej sprawności systemu OEC 9900 w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie." Termin składania ofert do 26.08.2022 r. godzina 12.00".