



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym , komplet z akumulatorem kieszonkowym i transformatorem – 3 szt.

1. Termin realizacji zadania

W terminie do 7 dni od podpisania umowy .

3. Szczegółowy zakres zamówienia.

Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym, komplet z akumulatorem kieszonkowym i transformatorem.

- Oświetlenie - zapewniające idealnie jednorodne i jasne światło z wiernym odwzorowaniem kolorów.
- Oświetlenie – minimum 90 000 luxów, mierzone w odległości 180 mm, jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła z temperaturą koloru 5.500° Kelvina. Oświetlane pole jednorodne, bez peryferyjnych spadków jasności, jasność zapobiegająca powstawaniu odblasków, nie przekłamujące kolorów.
- Źródłem oświetlenia dioda LED o trwałości minimum 50000 godzin pracy zamocowana na czepcu z możliwością pełnej regulacji położenia, ze szklaną optyką zapewniającą maksymalną jasność, z warstwą ochronną odporną na dekontaminację – zasilanie diody z akumulatora kieszonkowego.
- Zwarta i lekka konstrukcja zapewniająca przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie, niski ciężar lampy zapewniający komfort podczas długiej pracy.
- Regulowany rozmiar plamki oświetlenia: zakres wielkości plamki od 30 mm do 80 mm (przy odległości roboczej 420 mm).
- Płynna/bezstopniowa regulacja jasności oświetlenia poprzez regulator na czepcu.
- Opcja mocowania lup okularowych dowolnego, gogli ochronnych i innego wyposażenia.
- System chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę.

- Czas pracy minimum 8.5 godziny, przy maksymalnym natężeniu oświetlenia, z akumulatora zasilającego, wyposażonego w baterie li-ijon.
- Szybkie ładowanie: do 2 godzin (pełen cykl)
- Możliwość pracy „na kablu” w przypadku akumulatora (zasilanie + ładowanie).
- Wskaźnik wyświetlający stan naładowania baterii.
- Zasilacz/ładowarka do użytku lampy i jednoczesnego ładowania akumulatora.

4. Osoba do kontaktu

W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: inż. Maciejem Radzikowskim – Specjalistą ds. Aparatury Medycznej w Dziale Techniki Medycznej tel. 22 3434116 kom. 725-993-814 adres e-mail :m.radzikowski@ikard.pl
Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

5. Oferta ma zawierać : Całkowitą cenę brutto stanowiącą podsumowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją dostawy oraz dokumenty poświadczające że lampy są wyrobem medycznym.

Złożenie oferty lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą całkowitą cenę za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności, gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

6. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w zaklejonych i oznakowanych **kopertach „Oferta na dostawę lamp czołowych diodowych na czepcu profesjonalnym , komplet z akumulatorem kieszonkowym i transformatorem- 3szt.”**

Termin składania ofert do **01.12.2022 r. godzina 12.00.**

Dopuszcza się złożenie Oferty w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy na adres e-mail: dtm@ikard.pl