



Warszawa, 31.10.2022

Dotyczy : zapytanie ofertowe „Wykonanie przeglądu i walidacji 62 sztuk pipet laboratoryjnych”

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42 , 04-628 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie przeglądu i walidacji 62 sztuk pipet laboratoryjnych” , zamieszczonym w dniu 28.10.2022 na stronie internetowej [www.ikard.pl](http://www.ikard.pl), wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej oraz zamieszcza nowy formularz. Zamawiający informuje, iż treść pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawców

### **Pytanie nr 1**

W odpowiedzi na zapytanie przetargowe „Wykonanie przeglądu i walidacji 62 sztuk pipet laboratoryjnych” proszę o doprecyzowanie poniższych kwestii:

- co rozumieją Państwo pod nazwą przegląd i walidacja. Zgodnie z naszym Zakresem Akredytacji AP 158 (załącznik) wykonujemy wzorcowanie pipet oraz ewentualną adiustację,

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem przegląd i walidacji, rozumie wykonanie usługi polegającej na wykonaniu wzorcowania oraz ewentualną adiustację pipet, usługa ma być zakończona wystawieniem dla każdej z pipet świadectwem wzorcowania.

### **Pytanie 2**

- pipety wielokanałowe – ile mają pipety kanałów

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pipety wielokanałowe posiadają po 8 kanałów

### **Pytanie 3**

- punkty wzorcowania dla każdej pipety.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pipety wielokanałowe posiadają następujące objętości:

- 0,5 10ul; 2-20ul; 5-50ul; 20-200ul.