



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips

1. Termin realizacji zadania

W terminie do 21 dni od podpisania umowy/zamówienia .

2. Szczegółowy zakres zamówienia.

Opis	Liczba szt.
Przewód EKG wielorazowy ekranowany 3 odprowadzeniowy, o złączu 12-pinowym, długość 2,7m ($\pm 0,05$ m); pasujący do wszystkich kardiomonitorów firmy Philips (IntelliVue, Efficia, Goldway). Przewód oznakowany zgodnie z normą AAMI i IEC.	20 szt.
Zestaw kabli 3 odprowadzeniowy o długości 1m: oznakowany zgodnie z normą IEC, złącze od strony przewodu głównego EKG jaki i zestaw kabli na całej długości, na końcu każdego odprowadzenia „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do wyżej wymienionego Przewodu EKG 3 odprowadzeniowego.	20 szt.
Przewód EKG wielorazowy ekranowany 5 odprowadzeniowy, o złączu 12-pinowym, długość 2,7m ($\pm 0,05$ m); pasujący do wszystkich kardiomonitorów firmy Philips (IntelliVue, Efficia, Goldway). Przewód oznakowany zgodnie z normą AAMI i IEC.	20 szt.
Zestaw kabli 5 odprowadzeniowy o długości 1m: oznakowany zgodnie z normą IEC, złącze od strony przewodu głównego EKG jaki i zestaw kabli na całej długości, na końcu każdego odprowadzenia „zacisk”. Zestaw kabli pasujący do wyżej wymienionego Przewodu EKG 5 odprowadzeniowego.	20 szt.
Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze 27,0-35,0 cm (± 1 cm), o konstrukcji składającej się z wytrzymałego niezawierającego lateksu worka i miękkiej wodoodpornej powłoki odpornej na zaplamienia i nie przyjmującej zapachów, którą można z łatwością oczyszczać i odkażać. Mankiet wyposażony w męskie złącze bagnetowe. Mankiet z jednym przewodem odprowadzającym. Mankiet przeznaczony do sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu (EtO).	20 szt.
Przewód NIBP do połączenia mankietów dla dorosłych i dzieci z kardiomonitorom Philips o długości 3,0m ($\pm 0,05$ m); przewód od strony mankieta wyposażony w żeńskie złącze bagnetowe; pasujący do wszystkich kardiomonitorów firmy Philips (IntelliVue, Efficia, Goldway)	10 szt.

Czujnik do pomiaru temperatury na powierzchni skóry o długości 3,0m ($\pm 0,05m$); pasujący do wszystkich kardiomonitorów firmy Philips (IntelliVue, Efficia, Goldway)	20 szt.
--	---------

3. Osoba do kontaktu

W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: Pawłem Milczarkiem - Technikiem Działu Techniki Medycznej tel. 22 3434639 kom. 571-317-875 adres e-mail :p.milczarek@ikard.pl

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

4. Oferta ma zawierać :

Całkowitą cenę brutto stanowiącą podsumowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją dostawy oraz dokumenty poświadczające że urządzenia posiadają certyfikat zgodności CE.

Złożenie oferty lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą całkowitą cenę za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności, gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w zaklejonych i oznakowanych kopertach .

Termin składania ofert do **21.06.2023 r. godzina 12.00.**

Dopuszcza się złożenie Oferty w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy na adres e-mail: dtm@ikard.pl