



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Dostawa Resuscytator (worek samorozprężny do resuscytacji) – ilość 20szt.

1. Termin realizacji zadania

W terminie do 14 dni od podpisania umowy .

3. Szczegółowy zakres zamówienia.

Parametry wymagane:

1. Resuscytator przeznaczony do wentylacji pacjentów (dorosłych i dzieci) od 15 kg masy ciała.
2. Objętość oddechowa 1300 ml +/- 50 ml
3. Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utarty objętości oddechowej.
4. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca jego demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji. Zawór z pojedynczą membraną.
5. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych złączy.
6. Podłączany/odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie do 100% tlenu w mieszance oddechowej.
7. Króciec umożliwiający wzbogacanie mieszaniny oddechowej w tlen w przypadku odłączonego rezerwuaru tlenu.
8. Pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się worka z dłoni, zintegrowany z nim.
9. Na wyposażeniu maska silikonowa dla dorosłych z miękkim, wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy, rozmiar: 5

10. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w sterylizatorze (w temperaturze 134°C) włącznie z maską i rezerwuarem. Do oferty załączyć instrukcję obsługi, w tym informację na temat zalecanych/dopuszczalnych sposobów sterylizacji.
11. Dostawa kompletnego resuscytatora wyposażonego w worek, zastawkę i maskę.
12. Dostawa dodatkowego wyposażenia w postaci: 10 sztuk zastawek i 10 sztuk masek opisanych w punkcie 9 . kompatybilnych z, posiadanych przez Zamawiającego, resuscytatorami MARK V oraz z resuscytatorami dostarczonymi w ramach postępowania.

4. Osoba do kontaktu

W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z: mgr inż. Maciejem Radzikowskim - Specjalista Działu Techniki Medycznej tel. 22 3434106 kom. 725-993-814 adres e-mail :m.radzikowski@ikard.pl
Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

- 5. Oferta ma zawierać :** Całkowitą cenę brutto stanowiącą podsumowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją dostawy oraz dokumenty poświadczające że resuscytatory są wyrobem medycznym.

Złożenie oferty lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą całkowitą cenę za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności, gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

6. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w zaklejonych i oznakowanych kopertach „Oferta na dostawę Resuscytator (worek samorozprężny do resuscytacji) – ilość 20szt.”

Termin składania ofert do **01.03.2023 r. godzina 12.00.**

Dopuszcza się złożenie Oferty w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy na adres e-mail: dtm@ikard.pl