



Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

tel.: +48 22 343 40 80

e-mail: badaniakliniczne@ikard.pl

załącznik nr 1

Znak sprawy: : IK.CWBK.067.45/2023

Warszawa 26.05.2023r.

Ogłoszenie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej Ciśnieniomierzy 32 sztuk do użytku profesjonalnego do Projektu na Niekommercyjne Badanie kliniczne pn. „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Aparatura medyczna - Ciśnieniomierz:

Opis przedmiotu zamówienia / Parametry techniczne - Kryteria oceny ofert

Parametry opisane muszą odpowiadać ciśnieniomierzowi w oferowanej konfiguracji

Ciśnieniomierze do użytku profesjonalnego

Lp.	OPIS	Wymogi graniczne	Odpowiedź z oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)	Ocena punktowa
1.	Oferent/Producent	Podać			
2.	Nazwa i typ ciśnieniomierza	Podać			
3.	Kraj pochodzenia	Podać			
4.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022	TAK			
5.	Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym	Podać			
I	WYMAGANIA OGÓLNE				
6.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań – 32 szt.	TAK			
7.	Ciśnieniomierz cyfrowy przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat.	TAK			
8.	Ciśnieniomierz jest przeznaczony do stosowania w gabinetach lekarskich, szpitalach, klinikach i innych zakładach opieki zdrowotnej.	TAK			
9.	Pomiar ciśnienia krwi mierzony metodą oscylometryczną	TAK			

Lp.	OPIS	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)	Ocena punktowa
10.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań zasilany z nie więcej niż 4 szt baterii typu AA	TAK			
11.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań zasilany oprócz baterii alternatywnie z zasilacza zewnętrznego	TAK			
12.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań przystosowany do pracy ciągłej.	TAK			
13.	Ciśnieniomierz wyposażony w pomiar automatyczny ciśnienia krwi oraz ręczny	TAK			
14.	Tryb ręczny pomiaru ciśnienia krwi odbywa się poprzez napompowanie mankietu przez ciśnieniomierz i pomiar wykonywany przez pracownika służby zdrowia za pomocą stetoskopu jako odsłuchiwanie.	TAK			
15.	Do każdego ciśnieniomierza dostarczony zasilacz AC 230 VAC 50 Hz+/-10%	TAK			
16.	Do każdego ciśnieniomierza dostarczony mankiety w rozmiarze nie mniejszym niż 22-32 cm.	TAK			
17.	Dodatkowo do dostawy 16 szt. mankietów w rozmiarze nie mniejszym niż 32-42 cm.	TAK			
18.	Dostarczone mankiety do pomiaru ciśnienia krwi z min. 1 m węzłem	TAK			
19.	Zakres wyświetlanej wartości ciśnienia nie mniejszy niż od 0 do 300 mmHg	TAK			
20.	Dokładność wyświetlanej wartości ciśnienia nie większa niż ± 3 mmHg	TAK			
21.	Zakres pomiaru ciśnienia SYS nie mniejszy niż od 60 do 250 mmHg	TAK			
22.	Zakres pomiaru ciśnienia DIA nie mniejszy niż od 40 do 200 mmHg	TAK			
23.	Zakres pomiaru częstości tętna nie mniejszy niż od 40 do 200/min	TAK			
24.	Maksymalny błąd średni dokładności pomiaru NIBP w zakresie nie większym niż ± 5 mmHg	TAK			
25.	Maksymalne odchylenie standardowe dokładności pomiaru NIBP w zakresie nie większym niż 8 mmHg	TAK			
26.	Dokładność częstości tętna w zakresie nie większym niż $\pm 5\%$ odczytu	TAK			
27.	Ciśnieniomierz wyposażony w wyświetlacz LCD.	TAK			
28.	Wyświetlanie jednocześnie minimum 8 informacji w postaci numerycznej i ikon.	TAK			
29.	Wyświetlanie ciśnienia skurczowego krwi	TAK			
30.	Wyświetlanie ciśnienia rozkurczowego krwi	TAK			
31.	Wyświetlanie częstości tętna	TAK			
32.	Wyświetlanie informacji nieregularnej fali tętna	TAK			
33.	Wyświetlanie informacji o synchronizacji tętna	TAK			
34.	Wyświetlanie informacji o konieczności wymiany baterii	TAK			
35.	Wyświetlanie informacji o pomiarze ciśnienia krwi metodą ręcznego odsłuchiwania	TAK			
36.	Wyświetlanie informacji o prawidłowym wyzerowaniu przed pomiarem.	TAK			

Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1) Cena brutto oferty = 50%
- 2) Wymagania ogólne = 50%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena brutto oferty – maksymalnie 50 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium, według następującego wzoru:

C of. n.

$$C_n = \frac{\text{C of. n.}}{\text{C of. b.}} \times 100$$

C of. b.

gdzie:

C_n – liczba punktów za kryterium cena

C of. n. – cena oferty najniższej

C of. b. – cena oferty badanej

2) Wymagania ogólne – maksymalnie 50%

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium, wg następującego schematu:

Oferta Wykonawcy, która spełnia wszystkie wymagania ogólne otrzyma 50 pkt.

Oferta Wykonawcy, który nie spełnia wszystkich wymagań ogólnych otrzyma 0 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów – „P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w kryterium: „Cena brutto oferty (C_n)” oraz Wymagania ogólne (W_o)” .

$$P = C_n + W_o$$

Sposób przygotowana oferty

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (wg załączonego załącznika nr 2)

Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać do dnia 7.06.2023 r. do godziny 15:00 na adres: badaniakliniczne@ikard.pl w postaci podpisanego skanu oferty lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

Termin związania ofertą:

- 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów Instytutu

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628).

2. Inspektor ochrony danych

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@ikard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych czynności (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

- ☒ podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO¹;
- ☒ realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych² zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- ☒ realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z konieczności udzielania informacji publicznej³ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- ☒ prowadzenia ksiąg rachunkowych⁴ oraz rozliczeń podatkowych⁵ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- ☒ obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

4. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Państwa danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, IT, marketingowe oraz analityczne.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019);

³ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429 t. j.);

⁴ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 t. j.);

⁵ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 t. j.) oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 t. j.);