

Opis przedmiotu zamówienia / Parametry techniczne - Kryteria oceny ofert

Parametry opisane muszą odpowiadać ciśnieniomierzowi w oferowanej konfiguracji

Ciśnieniomierze do użytku profesjonalnego

Lp.	OPIS	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)	Ocena punktowa
1.	Oferent/Producent	Podać			X
2.	Nazwa i typ ciśnieniomierza	Podać			X
3.	Kraj pochodzenia	Podać			X
4.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022	TAK			X
5.	Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym	Podać			X
	WYMAGANIA OGÓLNE				
6.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań – 107 szt.	TAK			X
7.	Ciśnieniomierz cyfrowy przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat	TAK			X
8.	Ciśnieniomierz jest przeznaczony do stosowania w gabinetach lekarskich, szpitalach, klinikach i innych zakładach opieki zdrowotnej	TAK			X
9.	Pomiar ciśnienia krwi mierzony metodą oscylometryczną	TAK			X
10.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań zasilany z nie więcej niż 4 szt baterii typu AA	TAK			X
11.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań zasilany oprócz baterii alternatywnie z zasilacza zewnętrznego	TAK			X
12.	Ciśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań przystosowany do pracy ciągłej	TAK			X
13.	Ciśnieniomierz wyposażony w pomiar automatyczny ciśnienia krwi oraz ręczny	TAK			X
14.	Tryb ręczny pomiaru ciśnienia krwi odbywa się poprzez napompowanie mankietu przez ciśnieniomierz i pomiar wykonywany przez pracownika służby zdrowia za pomocą stetoskopu jako odsłuchiwanie	TAK			X
15.	Do każdego ciśnieniomierza dostarczony zasilacz AC 230 VAC 50 Hz+/-10%	TAK			X
16.	Do każdego ciśnieniomierza dostarczony mankiety w rozmiarze nie mniejszym niż 22-32 cm oraz mankiety w rozmiarze nie mniejszym niż 32-42 cm	TAK			X
17.	Dodatkowo do dostawy 20 szt. mankietów w rozmiarze nie mniejszym niż 42 - 50 cm	TAK			X
18.	Dostarczone mankiety do pomiaru ciśnienia krwi z min. 1 m węzłem	TAK			X
19.	Zakres wyświetlanej wartości ciśnienia nie mniejszy niż od 0 do 300 mmHg	TAK			X
20.	Dokładność wyświetlanej wartości ciśnienia nie większa niż ± 3 mmHg	TAK			X
21.	Zakres pomiaru ciśnienia SYS nie mniejszy niż od 60 do 250 mmHg	TAK			X
22.	Zakres pomiaru ciśnienia DIA nie mniejszy niż od 40 do 200 mmHg	TAK			X
23.	Zakres pomiaru częstości tętna nie mniejszy niż od 40 do 200/min	TAK			X

Lp.	OPIS	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)	Ocena punktowa
24.	Maksymalny błąd średni dokładności pomiaru NIBP w zakresie nie większym niż ± 5 mmHg	TAK			X
25.	Maksymalne odchylenie standardowe dokładności pomiaru NIBP w zakresie nie większym niż 8 mmHg	TAK			X
26.	Dokładność częstości tętna w zakresie nie większym niż $\pm 5\%$ odczytu	TAK			X
27.	Cięśniomierz wyposażony w wyświetlacz LCD	TAK			X
28.	Wyświetlanie jednocześnie minimum 8 informacji w postaci numerycznej i ikon	TAK			X
29.	Wyświetlanie ciśnienia skurczowego krwi	TAK			X
30.	Wyświetlanie ciśnienia rozkurczowego krwi	TAK			X
31.	Wyświetlanie częstości tętna	TAK			X
32.	Wyświetlanie informacji nieregularnej fali tętna	TAK			X
33.	Wyświetlanie informacji o synchronizacji tętna	TAK			X
34.	Wyświetlanie informacji o konieczności wymiany baterii	TAK			X
35.	Wyświetlanie informacji o pomiarze ciśnienia krwi metodą ręcznego odśtuchiwania	TAK			X
36.	Wyświetlanie informacji o prawidłowym wyzerowaniu przed pomiarem	TAK			X

Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	UWAGI
	107			

Data	
Okres ważności informacji cenowej	
Sporządził:	
Nazwa firmy:	
Adres firmy:	
Tel. kontaktowy:	
e-mail kontaktowy:	