



DOTYCZY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Na Wykonanie przeglądu i walidacji 55 sztuk pipet laboratoryjnych.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania „Wykonanie przeglądu i walidacji 55 sztuk pipet laboratoryjnych” proszę o weryfikację poz. 17 czy jest to pipeta 8 kanałowa czy 12 kanałowa. W formularzu oraz OPZ są rozbieżne informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 17 wykazu pipet do przeglądu i walidacji nastąpiła omyłka :

Jest :

17. 12-kanałowe, nastawne 0,5-10 μ l, firmy Rainin – 1 szt.

Winno być:

17. 8-kanałowe, nastawne 100-1200 μ l, firmy Rainin – 1szt.

Formularz asortymentowo – cenowy jest prawidłowy .